

Laboratorier og isolasjonsenheter: Vedlegg til søknad om dispensasjon fra krav om inneslutningsnivå og -tiltak ved arbeid med biologiske faktorer

Tiltakene gjelder for laboratorier og isolasjonsenheter, se arbeidsplassforskriften § 8-4

Navn på virksomheten	Dato
Navn på kontaktperson:	
Navn på den biologiske faktoren og smitterisikogruppe:	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
1.	Arbeidslokalene skal være atskilt fra enhver annen aktivitet i samme bygning	Nei	Anbefalt	
2.	Arbeidslokalene skal være merket med skilt for biologisk fare	Ja	Ja	
3.	Det skal være forrom	Nei	Ja, forrom eventuelt luftsluse	
4.	Det skal finnes et observasjonsvindu eller en tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenfor	Anbefalt	Ja	
5.	Det skal være kommunikasjonsmulighet fra rommet	Anbefalt	Ja, anbefalt håndfri telefon/calling-opplegg	
6.	Trykket i arbeidslokalene skal være lavere enn atmosfærisk trykk	Nei	Anbefalt, med lufttrykkkontroll	
7.	Arbeidslokalenes innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av absolutte filtre eller lignende utstyr	Nei	Ja, utluften	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden dere skriver).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
8.	Det skal være sikkeretskabinett	Nei	Ja	
9.	Arbeidslokalene må ha nødstrøm	Nei	Anbefalt	
10.	Hvert enkelt laboratorium skal ha komplett utstyr	Nei	Ja	
11.	Det skal være autoklav i arbeidslokalene	Nei	Ja	
12.	Overflater skal være vanntette og lette å rengjøre	Ja, på arbeidsbenk	Ja, på arbeidsbenk og gulv	
13.	Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler	Ja, på arbeidsbenk	Ja, på arbeidsbenk og gulv	
14.	Arbeidslokalene skal ha avstengningsmekanismer som muliggjør desinfisering	Nei	Ja	
15.	Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseres	Ja	Ja	
16.	Avløpsvann skal desinfiseres før uttømming	Nei	Anbefalt	
17.	Bare utpekte arbeidstakere skal ha adgang	Anbefalt	Ja	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden dere skriver).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
18.	Biologiske faktorer må oppbevares på et sikkert sted	Ja	Ja	
19.	Håndtering av infisert materiale, herunder dyr, skal finne sted i et sikkerhetsrom, i et isolert avlukke eller i en annen passende inneslutning	Om nødvendig	Ja, dersom smitte spres gjennom luften	
20.	Det skal finnes forbrenningsanlegg til destruksjon av dyrelik	Anbefalt	Ja (tilgjengelig)	
21.	Det skal foretas effektiv kontroll med smittebærere, f.eks. gnagere og insekter	Anbefalt	Ja	

Tabellen er fra arbeidsplassforskriften § 8-4. Inneslutningstiltak i laboratorier og isolasjonsenheter.