

Industrielle prosessar: Vedlegg til søknad om dispensasjon frå krav om inneslutningsnivå og -tiltak ved arbeid med biologiske faktorar

Tiltaka gjeld for industrielle prosessar, sjå arbeidsplassforskrifta § 8-5

Namn på verksemda	Dato
Namn på kontaktperson:	
Namn på den biologiske faktoren og smitterisikogruppe:	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompensierende tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden de skriv).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
1.	Levedyktige mikroorganismar skal innesluttast i eit system som fysisk stenger av arbeidsoperasjonen frå det omgivande miljøet	Ja	Ja	
2.	Lukka produksjonssystem skal plasserast i eit inneslutta område (rom, bygningar)	Anbefalt	Ja	
3.	Skilt for biologisk fare skal setjast opp	Ja	Ja	
4.	Det skal vere forrom	Nei	Ja, eventuelt luftsluse	
5.	Det skal vere observasjonsvindaug eller tilsvarande anordning som gjer det mogleg å sjå dei som oppheld seg innanfor	Anbefalt	Ja	
6.	Det skal vere kommunikasjonsmoglegheit frå området	Ja	Ja, anbefalt handfri telefon / handfritt calling-opplegg	
7.	Det inneslutta området skal ha tilstrekkeleg ventilasjon til å redusere luftforureininga til eit minimum	Anbefalt	Anbefalt	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompenserande tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden de skriv).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
8.	Det inneslutta området skal ha eit trykk som er lågare enn atmosfærisk trykk	Nei	Anbefalt, med lufttrykkkontroll	
9.	Innlufta til det inneslutta området og utlufta skal filtrerast ved hjelp av eit absolutt filter	Nei	Ja, utluft	
10.	Det inneslutta området må ha nødstraum	Nei	Anbefalt	
11.	Gassar som kjem frå det lukka systemet, skal behandlast på ein slik måte at	spreiing blir redusert til eit minimum	spreiing ikkje finn stad	
12.	Prøvetaking, tilføring av stoffar til eit lukka system og overføring av levedyktige mikroorganismar til eit anna lukka system skal utførast på ein slik måte at	spreiing blir redusert til eit minimum	spreiing ikkje finn stad	
13.	Flytande medium skal ikkje fjernast frå det lukka systemet med mindre dei levedyktige mikroorganismane er	gjorde uverksame ved hjelp av anerkjende metodar	gjorde uverksame ved hjelp av anerkjende kjemiske eller fysiske metodar	
14.	Avstengingsmekanismar skal formast ut på ein slik måte at	spreiing blir redusert til eit minimum	spreiing ikkje finn stad	
15.	Det inneslutta området skal vere forma ut på ein slik måte at det ved overløp frå det avstengde systemet kan halde på heile innhaldet derfrå	Nei	Ja	
16.	Overflater skal vere vassette og lette å reingjere	Ja, på arbeidsbenker og liknande	Ja, på arbeidsbenker og liknande og golv	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompenserande tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden de skriv).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
17.	Overflater skal tole syrer, alkaliske stoff, løysemiddel og desinfeksjonsmiddel	Ja, på arbeidsbenker	Ja, på arbeidsbenker og golv	
18.	I det inneslutta området skal det vere mogleg lokalt å desinfisere forureina utstyr (tilsvarande effekt av autoklav)	Nei	Ja	
19.	Det inneslutta området skal ha avstengingsmekanismer som mogleggjer utgassing	Nei	Ja	
20.	Desinfeksjonsprosedyrar skal spesifiserast	Ja	Ja	
21.	Behandling av spillvatn skal finne stad før endeleg uttømming	gjort uverksam ved hjelp av anerkjende metodar	gjort uverksam ved hjelp av anerkjende kjemiske eller fysiske metodar	
22.	Berre utpeika personale skal ha tilgang	Anbefalt	Ja	
23.	Personale skal bere vernetøy	Ja, arbeidstøy	Ja, vernetøy	
24.	Personalet skal ha tilgang til dekontamineringsanlegg og sanitæranlegg	Ja	Ja	
25.	Personalet skal dusje før det forlèt sona	Nei	Anbefalt	
26.	Spillvatn frå vaskar og dusjar skal samlast opp og inaktiverast før det blir sleppt ut	Nei	Anbefalt	

Tabellen er frå arbeidsplassforskrifta § 8-5 Inneslutningstiltak i industriell virksomhet.